

Số: 842/TB-BVYT

Yên Thành, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung ứng Hệ thống CT scanner năm 2023, 2024 cho Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.
 - Thông tin liên hệ: Phan Văn Lực, trưởng phòng Hành chính tổ chức, số điện thoại: 0986.985.924, Email: phanluc888@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phan Văn Lực Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
 - Nhận qua email: phanluc888@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 phút ngày 20/10/2023 đến 10h00 phút ngày 30/10/2023
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế cần mua: **(Chi tiết được đính kèm phụ lục 1)**
- Những nội dung yêu cầu báo giá: **(Chi tiết được đính kèm tại phụ lục 2)**
Tài liệu kèm theo: Các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến mặt hàng báo giá.
- Địa điểm nhận hàng: Khoa chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, Nghệ An.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ Bệnh viện.
- Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Lực

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ
(kèm theo thông báo số: 24/21B-BVYT ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	Hệ thống CT scanner	<p>1. Tên máy: Hệ thống CT scanner</p> <p>2. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau.- Chất lượng mới 100%.- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485- Đạt chứng chỉ CE hoặc tương đương với máy chính- Phù hợp với lưới điện Việt Nam. <p>3. Yêu cầu cấu hình</p> <p>Hệ thống máy chính bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khoang máy: 01 bộ- Bóng phát tia X: 01 bộ- Đầu thu: 01 bộ- Bàn bệnh nhân: 01 chiếc- Tủ điện cao thế: 01 chiếc- Bộ điều khiển tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh: 01 bộ <p>Bộ phần mềm xử lý đáp ứng các chức năng theo yêu cầu kỹ thuật</p> <p>Thiết bị phụ trợ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ- Bộ bàn ghế cho nhân viên vận hành máy: 01 bộ- Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ- Đệm thoải nội bộ 2 chiều: 01 bộ- Kệ nối đèn cảnh báo tia X gắn trước cửa phòng: 01 bộ- Bộ màn hình và camera quan sát bệnh nhân: 01 bộ- Bộ kết nối mạng nội bộ: 01 bộ- UPS online cho máy điều khiển: 01 bộ- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ- Máy in phim khổ, 02 khay: 01 chiếc	Hệ Thống	01	



	<ul style="list-style-type: none"> - Máy bơm thuốc cản quang 1 nòng: 01 chiếc - Áo chì: 01 bộ - Kính chì: 01 chiếc - Ôn áp 3 pha: 01 bộ - Tủ điện cấp nguồn 3 pha vào cho hệ thống máy: 01 bộ <p>4. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là hệ thống chụp cắt lớp điện toán kiểu xoắn ốc với ≥ 16 dãy, ≥ 32 lát cắt, vòng 360⁰ - Có tích hợp hệ thống laser định vị trong khoang máy - Tải trọng tối đa của bàn bệnh nhân: ≥ 180 kg - Khoảng dòng qua bóng tối đa khi chụp: ≥ 200 mA - Công suất bóng phát ≥ 24 kW - Khoảng kV: lựa chọn 80, 100, 120, 140 kV - Sử dụng chuẩn DICOM - Bộ điều khiển xử lý hình ảnh gồm: Màn hình màu LCD: $\geq 21"$, Bộ vi xử lý trung tâm: CPU Xeon 2,5 GB hoặc tương đương, hoặc cao hơn, RAM: ≥ 8 GB, Dung lượng đĩa cứng: ≥ 300 GB - Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 10 ảnh/giây - Chế độ quét ảnh: Quét xoắn ốc (helical); Quét theo trục (axial) - Bao gồm các phần mềm, chức năng sau: Phân tích, xử lý ảnh 2D, 3D; Tái tạo, xem ảnh định dạng đa mặt phẳng MPR; Chức năng MIP, MinIP; Có chức năng kiểm soát, quản lý liều tia; Nội soi đại tràng ảo (CTC); Chụp cấp cứu; Kiểm tra thời gian tiêm nhanh: đánh giá sự hấp thụ và khuếch tán của thuốc cản quang; Có chức năng chụp cho xương; Phân tích mạch máu <p>Máy tiêm thuốc cản quang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại máy tiêm thuốc cản quang tự động dành cho Hệ thống CT Scanner - Lưu lượng tiêm ≥ 10 ml/s - Số pha tiêm: ≥ 4 pha <p>Máy in phim khô</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức in: Laser - Công suất in phim: ≥ 70 phim/ giờ 35 x 43 cm (14" x 17") <p>Bộ màn hình và camera giám sát bệnh nhân</p>		
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Camera chuẩn HDTV hoặc cao hơn - Ổ cứng ≥ 250 GB - Màn hình ≥ 21 inches chuẩn full HD hoặc cao hơn <p>5. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng; - Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất; - Tất cả các phần mềm phải có bản quyền vĩnh viễn - Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Thời gian lắp đặt: ≤ 07 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt - Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng - Có cam kết hỗ trợ bệnh viện kết nối thiết bị vào hệ thống thông tin y tế, hình ảnh y tế trong trường hợp bệnh viện có hệ thống - Có cam kết đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho kỹ thuật viên, bác sỹ về kỹ thuật chụp và đọc kết quả. - Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao. - Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng 			
--	--	---	--	--	--



Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 842 /TB-BVYT ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành)

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: 842 / TB-BVYT ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

Tên công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

1. Báo giá trang thiết bị y tế như sau:

STT	Tên trang thiết bị y tế	Tên thương mại	Phân loại trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)	Thông tin kết quả		Số QĐ trưng thầu, đơn vị trưng thầu
											Đơn giá trưng thầu	Ngày trưng thầu	
1													

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2023

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày

tháng năm 2023

GIÁM ĐỐC