

Số: /TB-BVYT

Yên Thành, ngày 09 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THU MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện đa khoa Yên Thành đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung ứng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Yên Thành với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Yên Thành.
- Thông tin liên hệ: Phòng Văn thư Bệnh viện đa khoa Yên Thành
Số điện thoại: 02383.863.130, Email: benhviendkyenthanh@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư Bệnh viện đa khoa Yên Thành, xóm 2, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 - Nhận qua email: benhviendkyenthanh@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 phút ngày 08/7/2025 đến 14h00 phút ngày 18/ 7/2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18/7/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục trang thiết bị y tế cần mua: (Chi tiết được đính kèm phụ lục 1)
Những nội dung yêu cầu báo giá: (Chi tiết được đính kèm tại phụ lục 2)
Kính đề nghị quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa Yên Thành chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trên Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCTC-TCKT.

GIÁM ĐỐC

Luyện Văn Trịnh

Phụ lục 1: Danh mục trang thiết bị cần báo giá

1, Máy siêu âm 4 đầu dò

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1		MÁY SIÊU ÂM 4 ĐẦU DÒ	Cái	01	
		A. YÊU CẦU CHUNG			
		- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở đi - Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp: 100-240 V, 50 Hz/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C			
		B. CẤU HÌNH THIẾT BỊ			
		- Máy chính: 01 Máy - Các phụ kiện đi kèm máy chính bao gồm: - Màn hình chính: 01 cái - Màn hình phụ điều khiển Menu: 01 cái - Phần mềm DICOM hỗ trợ kết nối HIS/PACS: 01 bộ - Bộ phần mềm kèm máy: 01 bộ - Đầu dò Convex: 01 Cái - Đầu dò Linear: 01 Cái - Đầu dò Tim: 01 bộ - Đầu dò khối Convex: 01 Cái - Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: - Máy tính để bàn trả kết quả: 01 bộ - Máy in nhiệt đen trắng : 01 cái	-	-	-

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Máy in màu khổ A4: 01 cái - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - 01 bộ màn hình ≥ 21 inch và dây kết nối ra màn hình - Bộ lưu điện ≥ 1 kVA online: 1 bộ			
		C. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT			
		I, Thông số chung: - Có ≥ 04 cổng cắm đầu dò hoạt động - Kênh xử lý: ≥ 860.000 - Dung lượng ổ cứng: $\geq 500\text{GB SSD}$ - Màn hình hiển thị ≥ 21 inch - Độ phân giải màn hình $\geq 1920 \times 1080$ - Màn hình phụ điều khiển Menu ≥ 12 inch - Đầu ra hiển thị: + Cổng ra S – Video + Cổng ra HDMI + 6 cổng USB 2.0 II. Các chế độ siêu âm 1, Chế độ 2D: Tần số cơ bản: ≤ 5 Dải động: ≤ 30 đến ≥ 256 Phóng to: ≤ 8 lần Độ sâu thăm khám: ≤ 2 đến ≥ 35 cm (tùy vào loại đầu dò) Thang xám: 1~12			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		2, Chế độ M Thang màu M mode: 1~ 12 Tần số cơ bản: ≤ 5 3, Chế độ Doppler màu Khoảng PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz Đảo Doppler màu Tối ưu hóa trạng thái dòng màu tự động với các mức dòng nhanh, vừa và chậm Bộ lọc: 1~4 Độ mịn: ≥ 4 mức 4, Chế độ Doppler năng lượng Dải PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz Làm mịn: ≥ 4 mức Bộ lọc: 1 ~ 4 5, Chế độ Doppler xung Màu Doppler: 1~12 Hiệu chỉnh góc: ≤ 0 đến ≥ 80 độ Bộ lọc: 1~7 Đảo phổ 6. Chế độ doppler liên tục Bản đồ Doppler: 1 ~ 12 Dải động: ≤ 30 đến ≥ 256 Tốc độ mẫu: 18000Hz ~ 52000Hz Tốc độ quét: 18 ~ 110 mm/s 7. Chế độ khối 3D/4D 3D: Chụp thể tích 3 chiều tĩnh			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		4D (Live 3D): Chụp thể tích chuyển động theo thời gian thực Bản đồ màu Chroma Map: 2D: Map 1 ~ 10 3D: Map 1 ~ 10 III. Kết nối DICOM 3.0 - Kết nối với hệ thống PACS để lưu trữ tất cả các ảnh kỹ thuật số và clip động cùng với dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân. - In ảnh bằng máy DICOM in màu và in đen trắng. IV, Các phép đo đặc và tính toán: Tối thiểu có - Đo lường ở chế độ 2D - Đo lường trong sản khoa - Đo lường trong phụ khoa - Đo lường trong siêu âm tim - Đo lường trong tuyến giáp - Đo lường trong siêu âm tiết niệu - Đo lường trong tinh hoàn V, Đầu dò 1, Đầu dò Convex 2, Đầu dò Linear 3, Đầu dò Tim 4, Đầu dò Khối Convex			
		D. CÁC YÊU CẦU KHÁC			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Thiết bị có đầy đủ chứng từ CO,CQ, các giấy tờ hải quan - Có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần - Các linh kiện, phụ tùng thay thế đúng model thiết bị đã dự thầu tối thiểu 8 năm - Thời gian cung cấp ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Cam kết hỗ trợ bệnh viện kết nối thiết bị vào hệ thống thông tin y tế, hình ảnh y tế trong trường hợp bệnh viện có hệ thống - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn bảo quản sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng			

2, Máy siêu âm 3 đầu dò

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	MÁY SIÊU ÂM 3 ĐẦU DÒ		Cái	01	
		A, YÊU CẦU CHUNG			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở đi - Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp: 100-240 V, 50 Hz/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C			-
		B, CẤU HÌNH THIẾT BỊ			
		- Máy chính: 01 Máy - Các phụ kiện đi kèm máy chính bao gồm: - Màn hình chính: 01 cái - Màn hình phụ điều khiển Menu: 01 cái - Phần mềm DICOM hỗ trợ kết nối HIS/PACS: 01 bộ - Phần mềm tăng cường hình ảnh kim sinh thiết: 01 bộ - Bộ phần mềm kèm máy: 01 bộ - Đầu dò Convex: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 bộ: (Có đường dẫn chọc dò) - Đầu dò âm đạo: 01 Cái - Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: - Máy tính để bàn trả kết quả: 01 bộ - Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái			-

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Máy in màu khổ A4: 01 cái - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - 01 Bộ màn hình ≥ 21 inch và dây kết nối ra màn hình - Bộ lưu điện ≥ 1 kVA online: 1 bộ			
		C, CHỈ TIÊU KỸ THUẬT			
		I, Thông số chung: - Có ≥ 03 cổng cắm đầu dò hoạt động - Kênh xử lý: ≥ 860.000 - Dung lượng ổ cứng: $\geq 500\text{GB SSD}$ - Màn hình hiển thị ≥ 21 inch - Độ phân giải màn hình $\geq 1920 \times 1080$ - Màn hình phụ điều khiển Menu ≥ 12 inch - Đầu ra hiển thị: + Cổng ra S – Video + Cổng ra HDMI + 6 cổng USB 2.0 II, Các chế độ siêu âm 1, Chế độ 2D: Tần số cơ bản: ≤ 5 Dải động: ≤ 30 đến ≥ 256 Phóng to: ≤ 8 lần			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Độ sâu thăm khám: ≤ 2 đến ≥ 35 cm (tùy vào loại đầu dò) Thang xám: 1~12 2, Chế độ M Thang màu M mode: 1~ 12 Dải động: ≤ 30 đến ≥ 256 3, Chế độ Doppler màu Khoảng PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz Đảo Doppler màu Tối ưu hóa trạng thái dòng màu tự động với các mức dòng nhanh, vừa và chậm Bộ lọc: 1~4 Độ mịn: 0~5 4, Chế độ Doppler năng lượng Dải PRF: ≤ 100 đến ≥ 19000 Hz Làm mịn: 0 ~ 5 Bộ lọc: 1 ~ 4 5, Chế độ Doppler xung Màu Doppler: 1~12 Hiệu chỉnh góc: ≤ 0 đến ≥ 80 độ			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Kích thước cổng: $\leq 0,5$ đến ≥ 20 mm Bộ lọc: 1~7 Đảo phổ III, Kết nối DICOM 3.0 - Kết nối với hệ thống PACS để lưu trữ tất cả các ảnh kỹ thuật số và clip động cùng với dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân. - In ảnh bằng máy DICOM in màu và in đen trắng. IV, Các phép đo đặc và tính toán: Tối thiểu có - Đo lường ở chế độ 2D - Đo lường trong sản khoa - Đo lường trong phụ khoa - Đo lường trong siêu âm tim - Đo lường trong tuyến giáp - Đo lường trong siêu âm tiết niệu - Đo lường trong tinh hoàn V, Đầu dò 1, Đầu dò Convex 2, Đầu dò Linear 3, Đầu dò âm đạo			

T.T	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		D, CÁC YÊU CẦU KHÁC			
		- Thiết bị có đầy đủ chứng từ CO,CQ, các giấy tờ hải quan - Có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày / tuần - Các linh kiện, phụ tùng thay thế đúng model thiết bị đã dự thầu tối thiểu 8 năm - Thời gian cung cấp ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Cam kết hỗ trợ bệnh viện kết nối thiết bị vào hệ thống thông tin y tế , hình ảnh y tế trong trường hợp bệnh viện có hệ thống - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn bảo quản sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng			

Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVYT ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: / TB-BVYT ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Yên Thành

Tên công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại: Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

1. Báo giá trang thiết bị y tế như sau:

STT	Tên trang thiết bị y tế	Tên thương mại	Phân loại trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Thông tin kết quả trúng thầu trong vòng 120 ngày		
											Đơn giá trúng thầu	Ngày trúng thầu	Số QĐ trúng thầu, đơn vị trúng thầu
1	Máy siêu âm (4 đầu dò)												
2	Máy siêu âm (3 đầu dò)												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2025

GIÁM ĐỐC